

ANEXO CONVOCATORIA

42/2021

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	- Cabezal biocular tipo sliding con inclinación 30º, rotatoria 360º - Preferentemente con tercer tubo para fotografía y video - Portaocular con distancia interpupilar variable. - Objetivos acromáticos: 4x/N.A 0.10, 10x/N.A 0.25, 40x(r)/N.A 0.65 y 100x (r)/N.A 1.25 oil según norma Din. - Aumento total 1600 x - Platina mecánica - Condensador regulable en altura precentrado con diafragma iris y portafiltro - Enfoque macro y micrométrico. Tensión de ajuste en el macrométrico. Iluminador LED regulable. - Con cámara de pequeño tamaño, por lo menos 3 MP, de alta definición, con cable USB incorporado. - Debe incluir cables, transformadores, y adaptadores necesarios para su conexión a 220V. Otros datos El equipo debe incluir todos los implementos necesarios para su instalación, incluido el software en el caso de corresponder y contar con garantía mínima de 1 año. Preferentemente debe contarse con servicio postventa especializado de reparación y calibración. Debe incluir manual de operación del equipo en español o en inglés. El equipo preferentemente debe ser susceptible de calificación (operación, calibración y validación), tanto inicial como rutinaria, de manera tal que las técnicas en las que se utiliza puedan ser validadas y/o acreditadas en normas BPM/BPF. Preferentemente tener certificación de calidad, como por ejemplo ISO/CE.	
2	- Balón de destilación según Engler borosilicato 3.3. 500 ml. 2 Soportes universales - Pinza para balón con nuez - Pinza para refrigerante con nuez - Refrigerante Graham borosilicato 3.3, de 300 mm - Tapón termómetro y conexión con refrigerante	