

# ANEXO CONVOCATORIA

## 132/2021

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Modelo: 2 PLACA Tipo de negatoscopio: Radiológico Cantidad de cuerpos: 2 Medidas aproximadas Largo x Altura: 71 cm x 51 cm / 60 cm x 60 cm. Tipo de iluminación: LED Cantidad de tubos fluorescentes: 2 Material: polipropileno Encendido por interruptor	
2	Tipo de oxímetro: Dedo Edades: Uso en adultos y adolescentes Funciones: Doble medición / Saturación de oxígeno en sangre SpO2 + Frecuencia cardíaca Tipos de alimentación: 2 Pilas AAA Accesorios incluidos: Cuerda para colgar, Manual, Funda Con alarma: Sí Con indicador de batería baja: Sí Con apagado automático: Sí Precisión de saturación de oxígeno en sangre: 70 % - 100 % $\pm 2\%$ Precisión de la medición del pulso: 2 % Precisión Frecuencia Cardíaca: 25-250bpm, $\pm 2$ bpm Tipo de pantalla: LED Habilitación ANMAT	
3	Acero Epoxi / cromado Regulable en altura Medidas aproximadas: Altura máxima 2,0m / Altura mínima 1,15m Ganchos 2. Rueda: 4 en las patas.	
4	Medidas aproximadas: Ancho x Profundidad x Altura: 89 cm x 0.9 m x 110 cm Material de las patas: Madera Estilo: Poltrona Tipo de sillón: Reclinable Accesorios incluidos: sistema de recline metálico Peso máximo soportado: 150 kg	