

ANEXO CONVOCATORIA

152/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Filtro Principal medidas: 18"x48x3 1/16" Filtro exahustor medidas: 16x30x6	
2	Validación del equipo incluyendo reemplazo de filtros HEPA con posterior ensayo de integridad de filtros HEPA (principal / exahustor) Seteo y control de velocidades Envío del informe de resultados Descontaminación del equipo	