PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa por Compulsa Abreviada 166/2022
Clase:	De Bajo Monto
Modalidad:	Sin Modalidad
Motivo contratación directa:	Por monto
Expediente:	EXP : 12648/2022
Objeto de la contratación:	Contratación de servicios y provisiones para autoclave a través del "Fondo de Fortalecimiento a la Actividad Cientifica-Programa reparación Equipos EByN"
Rubro:	Repuestos
Lugar de entrega único:	Comisión de Recepción Definitiva - Suministros (Yapeyu 2068 PB (1650) SAN MARTIN, Buenos Aires)

Retiro del pliego		Consulta del pliego	
Dirección:	Por el portal DIAGUITA, por COMPR.AR o solicitar al correo: compras@unsam.edu.ar, (1650), SAN MARTIN, Buenos	**Dirección:**	Dirección de Adquisiciones y Contrataciones o solicitar al correo compras@unsam.edu.ar, (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
Plazo y horario:	Lunes a viernes de 11 a 16 horas hasta el dia 15 de Diciembre a las 14:00hs	**Plazo y horario:**	Hasta el dia 12 de Diciembre a las 16:00hs al email compras@unsam.edu.ar
Costo del pliego:	$ 0,00		
Presentación de ofertas		**Acto de apertura**	
Dirección:	Las ofertas deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico: aperturas.unsam@gmail.com, (1650), SAN MARTIN, Buenos	**Lugar/Dirección:**	Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
Fecha de inicio:	05/12/2022	**Día y hora:**	15/12/2022 a las 14:00 hs.
Fecha de finalización:	15/12/2022 a las 14:00 hs.		

RENGLONES

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	Provisión de Bomba de Agua ½ HP, para calderín de autoclave grande.	UNIDAD	1,00
2	Provisión de Orings 1 ½ para abrazaderas clamps.	UNIDAD	50,00
3	Provisión de Resistencia 3x3333W Largo 700 mm, para calderín de autoclave grande.	UNIDAD	2,00
4	Calibración de válvula de seguridad, 2 de cámara y 2 de entrecámara por equipo.	UNIDAD	8,00
5	Instalación de Bomba, Resistencias y cambio de O´rings, soldado y ajuste mecánico de fijación de chapón frontal de autoclave chico, y pruebas de funcionamiento, según especificaciones técnicas.	UNIDAD	1,00