ANEXO CONVOCATORIA

156/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Se solicita Contenedor de Plomo para Transporte de Material Radiactivo para el Proyecto de Formación Profesional del Instituto de Tecnología Nuclear “Dan Beninson”, Curso de Metodología y Aplicación de Radionucleidos. Cantidad: 1 El contenedor deberá presentar las siguientes características técnicas o equivalentes a: Características Técnicas Estructura portante construida en Acero Inoxidable, blindaje de plomo espesor 45 mm con terminación superficial en acero inoxidable pulido. Carga superior con tapa basculante CapacidadÂ (1) vial Diámetro externo: 12 cm Altura total: 28 cm Capacidad del vial: 30 ml Espesor del Blindaje: 45 mm Peso Total: 14,5 Kg	