PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 176/2022

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo contratación directa: Por monto

Expediente: EXP : 11591/2022

Objeto de la contratación: Contratación de una empresa que brinde un servicio técnico de instalación del Microscopio Electrónico de Transmisión Philips modelo CM12.

Rubro: Serv. profesional y comercial

Lugar de entrega único: Campus Miguelete, Edificio IIB-INTECH (Avda. 25 de Mayo y Francia. (1650) MIGUELETE, Buenos Aires)

Retiro del pliego		Consulta del pliego	
Dirección:	Dirección de Adquisiciones y Contrataciones (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires, (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires	**Dirección:**	Dirección de Adquisiciones y Contrataciones (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires, (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
Plazo y horario:	Hasta el 11 de enero de 2023 a las 12:00 horas, podrán solicitarlo al correo compras@unsam.edu.ar o descargarlo desde https://comprar.gob.ar/, o bien desde nuestra página institucional http://convocatorias-publicas.unsam.edu.ar.	**Plazo y horario:**	Hasta el día 5 de enero de 2023 a las 16:00 hs.
Costo del pliego:	$ 0,00		
Presentación de ofertas		**Acto de apertura**	
Dirección:	Al correo electrónico: aperturas.unsam@gmail.com, (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires	**Lugar/Dirección:**	Dirección de Adquisiciones y Contrataciones - (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires, (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires

Fecha de inicio:	26/12/2022	**Día y hora:**	11/01/2023 a las 12:00 hs.
Fecha de finalización:	11/01/2023 a las 12:00 hs.		

RENGLONES

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	-Instalación del Microscopio Electrónico de Transmisión Philips modelo CM12 , que incluye: -Etapa 1-Desempaque y remoción de material de Transporte. Ubicación de la Columna del TEM.Revisión general del sistema, interconexión de los componentes. Verificación del gabinete de electrónica y fuentes	UNIDAD	1,00
2	Etapa 2-Revisión del sistema de alta tensión. Encendido de la emisión. Revisión del filamento y lentes electromagnéticas. Ajustes y calibraciones.Revision de fuga de rayos X en la columna.Reporte técnico.	UNIDAD	1,00
3	Etapa 3-Revisión de la magnificación. Ajustes y calibraciones. Pruebas de Alta resolución. Pruebas de aceptación. Redacción y emisión de reporte técnico.	UNIDAD	1,00

OBSERVACIONES GENERALES

VISITA TECNICA: A los efectos de presentar oferta, se podrá realizar una visita técnica, a coordinar con Daiana Olivarez al teléfono 15-6481-8113, hasta el día 4 de enero de 2023 a las 16 Horas. La visita técnica se realizará en el Edificio IIB, Campus Miguelete, 25 de Mayo y Francia, San Martín, Prov. de Buenos Aires, en el horario de 10 a 13 horas. Los oferentes no podrán alegar desconocimiento del lugar para la cotización de lo solicitado en la presente contratación.