

# ANEXO CONVOCATORIA

29/2023

## RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica   | Imagen |
|---------|--|--------|
| 1       | Equipos:<br>UV-1201, s/n A10803680162<br>UV-1201, s/n A10803680173<br>Limpieza, calibracion, puesta a punto.   |        |
| 2       | Microscopio Arcano NS 1301076, Identificación Interna 21<br>Microscopio Sin N/S Identificación Interna 4<br>Incluye<br>Retiro y traslado a taller<br>Reparación de platina<br>Reparación de sistema de iluminación y limpieza<br>Limpieza de componentes ópticos<br>Control de funcionamiento y puesta en servicio                           |        |
| 3       | Calibración en tres puntos de micropipeta<br>monocanal de volumen variables<br>Pipetas a calibrar:<br>1 HTL P1000<br>2 HTL P200<br>2 HTL P20<br>2 Gilson P1000<br>1 Gilson P200<br>1 Gilson P100<br>1 Gilson P20<br>2 Axygen P100<br>1 Thermo Scientific P20<br>2 Nichiryo P1000<br>1 Nichiryo P200<br>3 Nichiryo P100<br>1 Finnpipette P200 |        |