

# ANEXO CONVOCATORIA

29/2023

## RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Equipos: UV-1201, s/n A10803680162 UV-1201, s/n A10803680173 Limpieza, calibracion, puesta a punto.	
2	Microscopio Arcano NS 1301076, Identificación Interna 21 Microscopio Sin N/S Identificación Interna 4 Incluye Retiro y traslado a taller Reparación de platina Reparación de sistema de iluminación y limpieza Limpieza de componentes ópticos Control de funcionamiento y puesta en servicio	
3	Calibración en tres puntos de micropipeta monocanal de volumen variables Pipetas a calibrar: 1 HTL P1000 2 HTL P200 2 HTL P20 2 Gilson P1000 1 Gilson P200 1 Gilson P100 1 Gilson P20 2 Axygen P100 1 Thermo Scientific P20 2 Nichiryo P1000 1 Nichiryo P200 3 Nichiryo P100 1 Finnpipette P200	