

## CIRCULAR

**Nro. Circular:** CIA: 1  
**Tipo:** Aclaratoria  
**Fecha:** 05/05/2021  
**Organismo contratante:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Contratación Directa 66/2021  
**Clase:** Sin Clase  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Motivo de contratación directa:** Por monto  
**Expediente:** EXP : 2288/2021  
**Rubro comercial:** SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL  
**Objeto de la contratación:** Contratación de servicio de mantenimiento de Chiller MR 20TR conectador al Resonador Siemens 3T.

## DESCRIPCIÓN

Por medio de la presente, se realiza la siguiente aclaración respecto a las especificaciones técnicas solicitadas:

- El servicio debe incluir monitoreo en tiempo real de funcionamiento del compresor de helio, temperatura de sala y temperatura del circuito primario de enfriamiento del resonador.

---

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
OPERATIVA DE CONTRATACIONES