

CIRCULAR

Nro. Circular: CIA: 1
Tipo: Aclaratoria
Fecha: 20/12/2023
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Licitación Privada 50/2023
Clase: De etapa única nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Expediente: EXP : 6768/2023
Rubro comercial: EQUIPOS
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento para los diversos laboratorios de enseñanza y de investigación de la Escuela de Ciencia y Tecnología - Tercer llamado

DESCRIPCIÓN

Por medio de la presente se aclara que en las especificaciones técnicas del Renglón N°3 Generador de ondas arbitrarias tipo Siglent SDG2042X / función de doble canal con especificaciones debe ser de hasta 40MHz de ancho de banda máximo y no de 120M Hz tal como estaba establecido originalmente.

Por ello, se aclara que dicha especificación técnica queda formulada de la siguiente manera:

Renglón N°3: Generador de ondas arbitrarias tipo Siglent SDG2042X:

Generador de forma de onda arbitraria / función de doble canal con especificaciones de hasta 40MHz de ancho de banda máximo.

El resto de las especificaciones son idénticas a las establecidas, originalmente, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE CONTRATACIONES