

## CIRCULAR

**Nro. Circular:** CIA: 1  
**Tipo:** Aclaratoria  
**Fecha:** 20/12/2023  
**Organismo contratante:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Licitación Privada 50/2023  
**Clase:** De etapa única nacional  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Expediente:** EXP : 6768/2023  
**Rubro comercial:** EQUIPOS  
**Objeto de la contratación:** Adquisición de equipamiento para los diversos laboratorios de enseñanza y de investigación de la Escuela de Ciencia y Tecnología - Tercer llamado

## DESCRIPCIÓN

Por medio de la presente se aclara que en las especificaciones técnicas del Renglón N°3 Generador de ondas arbitrarias tipo Siglent SDG2042X / función de doble canal con especificaciones debe ser de hasta 40MHz de ancho de banda máximo y no de 120M Hz tal como estaba establecido originalmente.

Por ello, se aclara que dicha especificación técnica queda formulada de la siguiente manera:

Renglón N°3: Generador de ondas arbitrarias tipo Siglent SDG2042X:

Generador de forma de onda arbitraria / función de doble canal con especificaciones de hasta 40MHz de ancho de banda máximo.

El resto de las especificaciones son idénticas a las establecidas, originalmente, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

---

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
OPERATIVA DE CONTRATACIONES