

# ANEXO CONVOCATORIA

66/2021

## RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Instalación del servicio tendiente al control y mantenimiento del chiller MR20TR, Monitoreo remoto del funcionamiento del equipo mediante sms: El chiller quedará con un servicio de monitero de fallas y corte de energía via SMS. Las reparaciones no tendrán costo de mano de obra ni de repuestos. Se incluye monitoreo de compresor de helio. Posibilidad de resetear los equipos de forma remota para una rápida solución hasta la presencia de un técnico en el lugar. Visita de control y mantenimiento preventivo bimestral que incluye: -Limpieza de filtro de circuito de agua. -Control de funcionamiento de alarmas mediante pruebas. -Control de carga de gas en las dos enfriadoras. -Control de nivel y estado de agua. De ser necesario se reemplaza la totalidad del agua. -Control de bomba y automatismo. Medición de consumo eléctrico, presiones, rodamiento y valvulas de retención. -Estado de cañerías, mangueras y válvulas. Tiempo de respuesta telefónica inicial: menor a 3 horas hábiles, y de ser necesario, tiempo de respuesta presencial dentro de las 8 horas hábiles. Asistencia telefónica fuera del horario regular de trabajo, es decir fines de semana y feriado, a traves de servicio de guardia telefónica dentro de las 8 hs de sucedido el evento. Respuesta de alarma de clientes dentro de las 8 hs habiles para fallas que dejen al resonador fuera de servicio. Horario de trabajo de lunes a viernes hábilies de 08:00 a 18:00 hs.</p>	